


振動試験可能範囲線図(3.0型振動試験装置)

振動試験を計画する場合、振動試験装置の最大加振力の75%程度で設計することが望まれます。
以下に3.0型振動試験装置の試験可能範囲を図示します。



記号説明:

- A-B: 最大振幅 76 mm^{P-P}(片振幅 38mm)
- B-F: 最大速度 2.0 m/s
- B-K: 水平 1 m 角テーブル使用時最大加速度
- C-J: 垂直 1 m 角テーブル使用時最大加速度
- D-I: 垂直 50 cm 角テーブル使用時最大加速度
- E-H: 垂直 20 cm 立方体治具使用時最大加速度
- F-G: 無負荷時最大加速度